



防爆合格证

证号: GYB14.1260X

由 崧启工业有限公司

制造的产品:

(地址: 台湾新北市汐止区大同路二段147号)

名称 隔爆热电偶/热电阻

型号规格 ST-11-B

防爆标志 Ex d II CT1~T6 Gb

产品标准 GB26786-2011

图样编号 1.002.100/104/105、1.020.100/104/105

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品
符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准,
特颁发此证。

本证书有效期: 2014年5月8日至2019年5月7日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。

2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商; 该产品的电缆引入装置不具备足够夹紧措施, 用户应提供夹紧措施以防电缆受到拉力或扭转。

3. 型号规格说明: 表示结构代号, 可为14, 16; 表示分度号; 表示接线盒材料, 可为L, G。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一四年五月八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580